




EMI 滤波器 > 电力线滤波器 > 直流滤波器 > Corcom MRI LED 照明滤波器



直流滤波器额定电流: 3 A  
滤波器安装方式: 隔板  
直流滤波器电压（最大值）: 60 VDC  
滤波器输入端接类型: DIN 类型端子  
滤波器输出端接类型: 导线引线, 导线引线

所有 Corcom MRI LED 照明滤波器 (3)

产品特性

产品类型特性

|           |            |
|-----------|------------|
| 输出方向      | 直角         |
| 滤波器类型     | DC         |
| 滤波要求      | 已滤波        |
| 滤波器输入端接类型 | DIN 类型端子   |
| 滤波器输出端接类型 | 导线引线, 导线引线 |

电气特征

|              |        |
|--------------|--------|
| 直流滤波器额定电流    | 3 A    |
| 直流滤波器电压（最大值） | 60 VDC |

机械附件

|         |    |
|---------|----|
| 滤波器安装方式 | 隔板 |
|---------|----|

使用环境

|        |             |
|--------|-------------|
| 工组温度范围 | -10 – 60 °C |
|--------|-------------|



产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                                                       |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 不符合                                                                                   |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合                                                                                    |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 受限材料超出阈值                                                                              |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211）<br>SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211）<br>不含REACH SVHC |
| 卤素含量                                                    | 低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC                                     |
| 焊接工艺能力                                                  | 不适合采用焊接工艺                                                                             |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



该系列中的其他产品 | [Corcom MRI Filters](#)



客户还购买了



文档

产品图纸  
MRI33100W=F8586  
英文版本

CAD 文件  
3D PDF  
3D  
下载查看  
ENG\_CVM\_CVM\_1-1609091-4\_2.2d\_dxf.zip



英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_1-1609091-4\_2.3d\_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_1-1609091-4\_2.3d\_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

CORCOM MRI LED LIGHTING FILTER

英文版本

EMI FILTER SELECTION

英文版本